BIO-RAD

使用に際してはこの添付文書をよくお読みください。
また、必要な時に読めるように保管しておいてください。

平成22年10月作成（初版）

赤血球懸濁用緩衝液

ID-CellStab　JRC

【全般的な注意】
1. 本品の目的以外には使用しないでください。
2. 添付文書に記載の使用方法に従ってください。それ以外の使用で得られたデータについては保証を致しかねます。
3. 本品を使用する機器、試薬の添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用してください。

【使用目的】
赤血球懸濁液の調製

【形状・構造等（キットの構成）】

試　薬	主要成分	容　量
ID-CellStab	グリシン緩衝液	500mL×3本

【貯蔵方法、有効期間】
貯蔵方法
　2～8℃、凍結を避けて保存してください。
有効期間
　使用期限は外箱ラベルに記載されています。

【用法・用量（操作方法）】
1. 用法
　(1) そのまま用います。
　(2) 本品を用いてID-System用0.8%赤血球懸濁液を調製し、2～8℃保存します。調製後4週間安定です。
2. 赤血球懸濁液の調製方法
　抗体スクリーニング用または抗体同定用赤血球の場合
　(1) ID-CellStab（原液）で赤血球を3回洗浄します。
　(2) 洗浄後、上清を完全に除去します。
　(3) 以下のとおり、ID-CellStab（原液）で0.8%濃度に再浮遊します。
　　(ア)清潔な試験管に5mLのID-CellStab（原液）を分注します。
　　(イ)洗浄した赤血球沈層50μLを加えます。
　(4) 2～8℃で保存します。調整後4週間安定です。

【使用上の注意】
1. 細菌汚染は赤血球の安定性に影響を及ぼすことがあります。
2. 赤血球の抗原性を確認するために適切な対照を使用してください。

【包装単位】
包装単位　500mL×3本
コードNo. 90067

【問い合わせ先】
バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
診断薬事業部
〒140-0002　東京都品川区東品川2-2-24　天王洲セントラルタワー20階
TEL　0120-925046
FAX　03-5463-8481

BIO-RAD
製造販売元
バイオ・ラッド　ラボラトリーズ株式会社
東京都品川区東品川2-2-24　天王洲セントラルタワー
(03)6361-7070