BIO-RAD

Liquichek™ Urine Chemistry Control Levels 1 and 2

REF 397 Level 1 12 x 10 mL
398 Level 2 12 x 10 mL
395X MiniPak 2 x 10 mL

CE IVD EXP 2020-06-30 LOT 68540 Level 1 68541 Level 2 68542

Aktualisierte Zielwerte, 24. April 2020

ROCHE COBAS Integra

	Units	MW	68541	MW	68542	Units	MW	68541	MW	68542
Microalbumin (Albumin) (Immunoturbidimetric) RG # 377423	mg/dL	1.67	1.25 – 2.09	7.07	5.30 – 8.84	mg/L	16.7	12.5 – 20.9	70.7	53.0 – 88.4
Microalbumin (Albumin) (Immunoturbidimetric) RG # 390874	mg/dL	2.07	1.55 – 2.59	8.36	6.27 – 10.5	mg/L	20.7	15.5 – 25.9	83.6	62.7 – 105
Microalbumin (Albumin) (Immunoturbidimetric) RG # 403843	mg/dL	1.59	1.19 – 1.99	7.07	5.30 – 8.84	mg/L	15.9	11.9 – 19.9	70.7	53.0 – 88.4
Microalbumin (Albumin) (Immunoturbidimetric) RG # 415493, RG # 440425	mg/dL	2.86	2.15 – 3.58	8.25	6.19 – 10.3	mg/L	28.6	21.5 – 35.8	82.5	61.9 – 105
Microalbumin (Albumin) (Immunoturbidimetric) RG # 425917	mg/dL	2.00	1.50 – 2.50	7.64	5.73 – 9.55	mg/L	20.0	15.0 – 25.0	76.4	57.3 – 95.5
Microalbumin (Albumin) (Immunoturbidimetric) RG # 460236	mg/dL	1.94	1.47 – 2.41	7.42	5.64 – 9.20	mg/L	19.4	14.7 – 24.1	74.2	56.4 – 92.0